



中国航天

证书编号: T1-172514
Certificate No.

第 1 页 Page
共 3 页 This certificate includes pages



中国认可
国际互认
校准



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

送检单位: 深圳益欧科技有限公司
Applicant

地址: /
Address

样品名称: 温度记录仪
Sample name

型号/规格: TUX+T2
Model / Type

制造商: TempSen
Manufacturer

出厂编号: A6FL080786
Serial No.

校准员: (签字)

校准日期: 2017 年 08 月 22 日
Calibration date Year Month Day

核验员: (签字)

授权签字人: (签字)

发证单位: (专用章)
Issued by (stamp)



地址(Add): 上海市元江路 3888 号 (3888 Yuanjiang Road Shanghai CHINA)
电话(Tel): 021-24181516、24181518 传真(Fax): 021-24181517 邮编(Post Code): 201109
电子信箱(E-mail): xqht808@ht808.com



证书编号: T1-172514
Certificate No.

第 2 页 Page
共 3 页 This certificate includes pages

本单位已获中国合格评定国家认可委员会和国防科技工业实验室认可委员会认可, 所有测量标准能溯源到国家最高计量标准。
This body has been accredited by CNAS and, DILAC. All measurement standards are traceable to National Standards.

主要测量设备 Chief Testing Equipment

| 名称/型号 Name/Type | 编号 S/N. | 测量范围 Measuring range | 测量不确定度 (准确度等级) / 允许误差极限 Measured uncertainty (grade of accuracy) / error limit | 证书编号/有效期 Certificate No./Cal Due Date |
|--------------------------|------------|-------------------------|---|--|
| 标准铂电阻 温度计 /CST6602 | 66130 | -190℃~420℃ | 二等 | GFJGJL1001160302 311/2018.03.17 |

校准所依据的技术文件 (编号、名称) Reference documents for the Calibration (Code, Name)

JJF 1379-2012 《热敏电阻测温仪校准规范》

校准地点: 808 所热学实验室
Calibration Add.

环境温度: 21.2℃
Temperature

相对湿度: 47%
Relative Humidity

本证书仅对所校样品有效, 未经本实验室书面批准, 不准部分复制。
This certificate applies only to the Calibration Sample above and shall not be reproduced, except in full, without the written approval by the institute.



证书编号: T1-172514

Certificate No.

第3页 Page

共3页 This certificate includes pages

校准结果 Calibration Result

外观检查: 正常

| 校准点/°C | 偏差/°C | 测量不确定度: $U/°C (k=2)$ |
|--------|-------|-------------------------|
| -80 | 0.3 | 0.2 |
| -30 | 0.1 | 0.2 |
| 0 | 0.1 | 0.2 |

备注 (Notes): /

以下空白