

FlashLink 认证疫苗

ULT PDF 数据记录器

传感器测量范围	-115.6° F 至 113° F (-82° C 至 45° C)
记录仪操作范围	-4.0° F 至 122° F (-20° C 至 50° C)
温度解决	0.1°F/°C
准确度以内 正常运行范围	±1.0° F 从 -115.6° F 到 113° F (-82° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C)
数据容量 32,496 个数据点	
3823 点数据下载时间通常为 5 秒	
多个警报级别 40570 包括	显示高低电平和极高低电平 制造商的合格证书 液晶显示屏上，带有蜂鸣器
两节 AAA 锂电池，LCD % 剩余电量指示器 电池	
尺寸/机身 1.575 英寸 x 3.66 英寸 x 0.94 英寸 (40 毫米 x 93 毫米 x 24 毫米)	
外壳 ABS 塑料	
• 非常适合使用干冰储存和运输的合格证书	0.14 英寸直径 x 1.22 英寸长 (3.5 毫米直径 x 31 毫米长) 和远端 A 型传感器 3.28 英尺 (1m) 特氟龙电缆，带立体声插孔连接器
重量 2.24 盎司 (63.5 克)	
校准 NIST 校准证书和制造商的	2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA)，1 年 • 21 CFR Part 11 兼容软件 提供合规证书
• 自动生成 PDF、CSV 和每日日志报告 认证 CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、WEEE	
• 声音和/或视觉警报 LCD 显示屏、红色 LED 警报	
IP64 (带硅胶盖) 防水等级 • LCD 上的低电量指示	
储存条件	-4° F 至 122° F (-20° C 至 50° C) 0% 至 95% 相对湿度 (不会) 缩合
2 年 (电池寿命) 保质期	
系统要求 装有当前操作系统、Adobe Reader 的 Windows PC	
用户可使用 FlashLink 程序管理器编程进行编程	提供预配置即插即用。 软件 (包含)
下载 直接 USB 连接至 PC (无需特殊软件 需要下载记录器。) 要求	

配件：

- 40575 FlashLink ULT 外部铝制传感器 -82° C，9.8 英尺 (3m) 电缆 •
- 40576 FlashLink ULT 外部钝头探头 -82° C，3.3 英尺 (1m) 电缆 •



模型

40570-01 包括 2 年 ISO 17025 校准证书

- 在超低温下监测疫苗
- 符合 CDC 指南
- 单通道、外部传感器
- 快速断开电缆以下载记录器
- 在 LCD 上滚动浏览记录的数据

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 SS 40570-X 2111 生产产品
注册质量管理体系

