

FlashLink 认证疫苗 ULT PDF 数据

带外部铝传感器的记录仪

FlashLink PDFReport 传感器测量 @ -115.6° F 至 113° F (-82° C 至 45° C) 行程信息记录器配置 范围 托运人城市 序列号# 12345678-9999	
报警结果记录器操作 高 46.4° F 000 天 00 小时 00 分钟 无 0000 天 00 小时 00 分钟 通过范围 2.0° C	限制 CumulativeLimit FirstEvent 事件 TotalTime 通过/失败 -4.0° F 至 122° F ExtremeHigh 50.0° F 000 天 00 小时 00 分钟 无 0 ExtremeLow 000 天 00 小时 00 分钟 无 0000 天 00 小时 00 分钟 无 0 记录的数 类型 点 RecordedPeriod 开始时间/临时 停止时
温度 正常 1030 17 小时 10 分 00 秒 7.1° C 5.7° C 05/23/2017 11:34:38.44 7° F 42.2° F 2.1° C 7.1° C 3.4° C 0.0° C x 分钟 3.4° C ± 0.9° C 3.5° C 分辨率 35.7° F 44.7° F 38.1° F 0.0° F x 分钟 38.1° F ± 1.6° F 38.3° F	
6.5 43.7 以内的准确度 5.0 41.0 正常运行 范围 3.5 38.3	±1.0° F 从 -115.6° F 至 113° F 5.5 41.9 (-82° C 至 45° C 范围内 ±0.5° C) 4.5 40.1 4.0 39.2
32.496 个数据点数据容量	
数据下载时间 3823 点通常为 5 秒	
多个警报级别	显示高低电平和极高低电平 液晶显示屏上，带有蜂鸣器
两节 AAA 锂电池，LCD % 剩余电量指示器 电池	
记录仪尺寸 (身体)	1.575 英寸 x 3.66 英寸 x 0.94 英寸 (40 毫米 x 93 毫米 x 24 毫米)
外壳 ABS 塑料	
外部传感器	铝制传感器 0.96 英寸 (24.4 毫米) 直径 x 1.26 英寸 (32 毫米) 高 9.8 英尺 (3m) PTFE 电缆，带立体声插孔连接器
重量 2.24 盎司 (63.5 克)	(仅限记录仪) 40571-01 包括 2 年 ISO 17025 校准证书
校准 NIST 校准证书和制造商的	2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA)，1 年 提供合规证书
认证 CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、WEEE	
LCD、红色 LED 报警显示	
IP64 (带硅胶帽) 防水等级	
存储条件 • 符合 21 CFR Part 11 要求的软件 组合	-4° F 至 122° F (-20° C 至 50° C) 0% 至 95% 相对湿度 (不含)
保质期 2 年 (电池寿命)	
装有当前操作系统的 Windows PC、Adobe Reader 系统要求	
编程 • 自动生成 PDF、CSV 和打印报告 软件 (包含)	用户可使用 FlashLink 程序管理器进行编程
直接 USB 连接至 PC (无需特殊软件下载 下载记录器所需的要求。)	

附件：• 在 LCD 上滚动数据统计
40575 FlashLink ULT 外部铝制传感器 -82° C，9.8 英尺 (3m) 电缆 •
40576 FlashLink ULT 外部钝头探头 -82° C，3.3 英尺 (1m) 电缆 •

SS 40571-X 2111 DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 生产产品
注册质量管理体系



模型

40571 包括制造商的合规证书

- 在低至 -82° C 的超低温下监测疫苗
- 非常适合装有疫苗和生物制剂的 ULT 存储单元
- 符合 CDC 指南
- 也可用于标准冷冻柜和冷藏柜存储单元
- 单通道、外部传感器
- 铝缓冲传感器模拟产品和防止误报
- 声音和/或视觉警报
- LCD 上的低电量指示
- 快速断开电缆以下载记录器

